FICHE TECHNIQUE

Test de Bowie Dick 3M

Pour le test quotidien des autoclaves

Contrôle l'absence d'air et la qualité de la vapeur durant la stérilisation.

Paquet test de Bowie Dick à usage unique, performant et très facile d'utilisation pour une interprétation sûre.

Le test de Bowie Dick est composé d'un paquet test prêt à l'emploi contenant 1300 feuilles de papier recyclé au centre desquelles une feuille test comportant de l'encre organique réactive, virant du rouge au violet selon le résultat du test.

Fonctionnement :
- Placer le paquet test au centre de la chambre de stérilisation de l'autoclave vide.
- Lancer un cycle de stérilisation de 134°C durant 3,5 minutes.
- A la fin du cycle, sortir le paquet et en extraire la feuille test, la couleur indique le résultat :
    - rouge : avant test
    - violet et rouge : test refusé
    - violet : test accepté

Dimensions : 12,5 x 12,5 cm.
Vendu par paquet de 10 tests.

Materiel medical CE.
Conforme à la norme BS7720.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com