TEST DE BOWIE DICK

FICHE PRODUIT

Le paquet-test de Bowie & Dick 3M™ Comply™ 1301 est un indicateur physico-chimique prêt à l'emploi. Il vire du bleu au rose si la qualité et la pénétration de la vapeur sont conformes aux exigences de la norme.
→ premier cycle de la journée (à vide)

Principe de fonctionnement :
Ce paquet-test ne doit en aucun cas être ouvert avant que le cycle de stérilisation soit terminé. Il doit être positionné horizontalement - la pastille indicatrice bleue tournée vers le haut - sur un panier de 30 mm de hauteur, placé au centre de la chambre. Ce test de pénétration de vapeur peut être fait à chaud ou à froid en fonction des recommandations de construction du stérilisateur. Une fois le cycle terminé, récupérer la feuille indicatrice en faisant glisser avec le pouce le " tiroir "vers l'extérieur de l'emballage cartonné. Pour valider le stérilisateur, la couleur de la feuille indicatrice doit être **rose** uniforme. Cette feuille doit être archivée.

Ce test de pénétration, à usage unique, est conforme à la norme EN 867-4:2001.
L'encre chimique réagit aux trois paramètres : temps, température, vapeur saturée.

Avant exposition **CYCLE ACCEPTE →** **Après exposition**

Les avantages

- **Gain de temps:** le paquet-test 3M Comply 1301 est prêt à l'emploi
- **Pratique:** le système tiroir garantit l'intégrité du paquet
- **Encre stable:** sa tenue est garantie dans le temps
- **Fiable et reproductible:** ce test de pénétration est certifié conforme à la norme EN 867-4 par le BSI

L'avis de ROBE médical :

Plus produits avec sur le test les emplacements pour indiquer les mentions utiles au stockage et à la tracabilité :N° cycle / date/ lot / service/ opérateur/